

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация

«Иркутская Вальдорфская школа»

ПРИКАЗ

12.10.2026 г.

№41

г. Иркутск

**О порядке эксплуатации бактерицидных облучателей на пищеблоке АНОО
«Иркутская Вальдорфская школа» в 2026/27 учебном году**

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, строгого соблюдения противоэпидемического режима на пищеблоке школы, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СП 2.4.2.4283-26 и Руководства Р 3.5.1.4025 - 24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие График и режим работы бактерицидных облучателей (установок) в помещениях пищеблока на 2026/2027 учебный год (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Назначить ответственным лицом за правильную эксплуатацию, соблюдение режима работы бактерицидных установок и учет времени их наработки в помещениях пищеблока врача Горелову Л.Е.
3. Ответственному лицу Гореловой Л.Е. необходимо:
 - Обеспечить включение и выключение бактерицидных установок строго в соответствии с утвержденным Графиком с 8:00 до 16:00. Перечень ламп указан в Приложении № 1.
 - Контролировать своевременную замену бактерицидных ламп по истечении установленного производителем срока службы (нормативного ресурса наработки).
 - При работе с бактерицидными установками строго соблюдать правила техники безопасности и требования инструкции по эксплуатации конкретного прибора.
4. Заместителю директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) Кулябину Ю.И.:
 - Обеспечить бесперебойное снабжение пищеблока запасными бактерицидными лампами.
 - Ежедневно вести «Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки» установленной формы по бактерицидным лампам находящимся в пищеблоке.
 - Контролировать исправность вентиляции в помещениях пищеблока, где используются облучатели открытого типа.

- Организовать безопасный сбор, хранение и утилизацию отработанных или вышедших из строя ламп в соответствии с экологическими требованиями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по АХЧ Кулябина Ю.И.

Директор школы:




/ О.Б.Шендеров /

С приказом ознакомлен(ы):
«12» октября 2026 г.



/ Горелова Л.Е. /

С приказом ознакомлен(ы):
«12» октября 2026 г.



/ Кулябин Ю.И. /

Приложение № 1


к приказу АНОО «Иркутская Вальдорфская школа»
от «12» октября 2026 г. № 41

График и режим работы бактерицидных установок на пищеблоке

Название помещения пищеблока	Тип / марка оборудования	Тип облучателя (открытый / закрытый)	Время включения	Длительность сеанса	Периодичность
Горячий цех с холодным участком	ОБРН 2х15 «Азов»	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	08:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно
Доготовочный цех	МСК - 913 № 70398	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	008:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно
Моечная кухонной посуды	МСК - 925 МЕГИДЕЗ РБОВ925-МСК №4341139	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	08:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно
Моечная столовой посуды	МСК - 925 МЕГИДЕЗ РБОВ925-МСК №4341115	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	08:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно
Обеденный зал	РБОВ 911 - МСК №3521210	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	08:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно
Раздаточная зона	ОРБН 2х15-01 (КАМА) № 12744	Закрытый (рециркулятор медицинский бактерицидный)	08:00 – 16:00	Непрерывно в течение смены	Ежедневно

Разработал:

Ответственный за эксплуатацию бактерицидных установок, врач

 / Горелова Л.Е. /